DESCRITIVO TÉCNICO

Registro Anvisa: 80137010097

Cód. Alko **64** (25cm), **66** (50cm), **69** (75cm) e **72** (120cm).

Produto de Uso Único – Proibido Reprocessar – Esterilizado por Óxido de Etileno

ANGIO-SET

Descrição: Conector em Cloreto de Polivinila (PVC) atóxico, para acoplar aos equipos arteriais, e outras conexões. Possui conector fêmea, um conector macho rotatório e tampa protetora em polietileno de alta densidade. Produto suporta pressão de até 1200 PSI. Estéril e apirógeno, a menos que a embalagem esteja danificada. Peça Única.

Indicação: Para injeção de meios de contraste.

Modo de Uso: Com meios assépticos abrir a embalagem. O conector fêmea deve ser acoplado na seringa da injetora e o macho conectado na via de acesso do paciente. Este procedimento deve ser realizado por profissional altamente especializado e treinado na execução de técnicas, cujo objetivo principal é manter a integridade do produto para o benefício do paciente.

Cuidados e Advertências: O produto não apresenta nenhuma contra-indicação. São fabricados em PVC atóxico, isento de metal e livre de látex. Não interage com medicamento em nenhum momento. Proibido o uso de agulhas, para preencher o conector. Não utilizar o produto caso a embalagem esteja danificada. Verificar se as conexões estão bem fixas antes de iniciar o uso.

Armazenamento: Temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

Descarte: Descartar o produto de acordo com os procedimentos padronizados no hospital ou clínica, para materiais potencialmente contaminados.

Precauções: Não utilizar após o prazo de validade.

Apresentação: Embalagem constituída de filme e papel grau cirúrgico, na apresentação PVC, com conector fixo. Nos tamanhos de 25cm (sob encomenda), 50cm, 75cm, 120cm.

Esterilizado por: Bioxxi Serv. de Esterilização Ltda. Farm. Resp.: Dra. Angélica S. Lapos – CRF/RJ 4778. Lote/Fabricação/Validade: Vide rótulo. Fabricado e Distribuído por: **Alko do Brasil Indústria e Comércio Ltda.** Rua Mapendi, 360 – Taquara – Rio de Janeiro – RJ. CNPJ: 32137424/0001-99 – SAC (21): 2435-9335. Resp. Téc.: **Dra. Luciana R. Alves Carneiro – CRF/RJ 15386.**

ALKO DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Rua Mapendi 360, Taquara, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 22710-255

Tel: 55 21 2435.9335 | Fax: 55 21 2435.9300 | sac@alkodobrasil.com.br | CNPJ: 32.137.424/0001-99

DESCRITIVO TÉCNICO

Registro Anvisa: 80137010096

Cód. Alko **67** (50cm), **70** (75cm) e **73** (120cm).

Produto de Uso Único – Proibido Reprocessar – Esterilizado por Óxido de Etileno

ANGIO-SET

Descrição: Conector trançado em nylon e poliuretano, atóxico, utilizado para acoplar aos equipos de hemodinâmica, e outras conexões. Possui conector fêmea, conector macho rotatório e tampa protetora em polietileno de alta densidade. Produto suporta pressão de até 1200 PSI. Estéril e apirógeno, a menos que a embalagem esteja danificada. Peça Única.

Indicação: Para injeção de meios de contraste.

Modo de Uso: Com meios assépticos abrir a embalagem. O conector fêmea deve ser acoplado na seringa da injetora e o macho conectado na via de acesso do paciente. Este procedimento deve ser realizado por profissional altamente especializado e treinado na execução de técnicas, cujo objetivo principal é manter a integridade do produto para o benefício do paciente.

Cuidados e Advertências: O produto não apresenta nenhuma contra-indicação. São fabricados em PVC atóxico, isento de metal e livre de látex. Não interage com medicamento em nenhum momento. Proibido o uso de agulhas, para preencher o conector. Não utilizar o produto caso a embalagem esteja danificada. Verificar se as conexões estão bem fixas antes de iniciar o uso.

Armazenamento: Temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

Descarte: Descartar o produto de acordo com os procedimentos padronizados no hospital ou clínica, para materiais potencialmente contaminados.

Precauções: Não utilizar após o prazo de validade.

Apresentação: Embalagem constituída de filme e papel grau cirúrgico na apresentação Trançado, com conector rotatório. Nos tamanhos de 50cm, 75cm, 120cm.

Esterilizado por: Bioxxi Serv. de Esterilização Ltda. Farm. Resp.: Dra. Angélica S. Lapos – CRF/RJ 4778. Lote/Fabricação/Validade: Vide rótulo. Fabricado e Distribuído por: **Alko do Brasil Indústria e Comércio Ltda.** Rua Mapendi, 360 – Taquara – Rio de Janeiro – RJ. CNPJ: 32137424/0001-99 – SAC (21): 2435-9335. Resp. Téc.: **Dra. Luciana R. Alves Carneiro – CRF/RJ 15386.**

ALKO DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Rua Mapendi 360, Taquara, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 22710-255

Tel: 55 21 2435.9335 | Fax: 55 21 2435.9300 | sac@alkodobrasil.com.br | CNPJ: 32.137.424/0001-99