# DESCRITIVO TÉCNICO

Cód. ALKO 949 – Registro Anvisa: 80137010092

Fabricante Recomenda Uso Único. Esterilizados por Óxido de Etileno

## Adaptador em Y-Rosca de uma via e extensão c/ torneirinha



**Descrição:** Adaptador Y é um dispositivo em policarbonato transparente com três conexões: uma com válvula hemostática interna, Rosca, de uma via mais a extensão com torneirinha.

**Indicação:** Indicado nos procedimentos de angioplastia, tanto angioplastia transluminal percutânea (PTA) quanto angioplastia coronária transluminal percutânea (PTCA). Adaptador: Possui a finalidade de proporcionar um meio para inserir, posicionar e manter fixo na posição fios-guia, cateteres com balão e/ou *stent* no interior do sistema vascular e minimizar o refluxo sanguíneo durante a manipulação de cateteres.

**Modo de Uso:** Somente em campo estéril e com a vestimenta adequada para procedimentos intervencionistas, abrir a embalagem assepticamente. Abrir a válvula hemostática Rosca para posicionar o passador-guia e fechá-la para controlar o retorno do sangue. Unir a conexão macho *luer* do adaptador Y ao cateter guia de angioplastia. Utilizar a conexão fêmea (com ou sem conector com torneira) juntamente com o sistema de injeção de meio de contraste e retirar o ar do sistema.

**Cuidados e Advertências:** Deve ser utilizado por profissionais especializados nos procedimentos de Angioplastia e com conhecimento das técnicas a serem aplicadas.

**Armazenamento:** Conservar em local ventilado, em temperatura ambiente entre 15ºC e 30ºC.

**Descarte:** Descartar o produto de acordo com os procedimentos padronizados pelo hospital ou clínica, para materiais potencialmente contaminados.

**Precauções:** Não utilize após o prazo de validade. Não usar se a embalagem estiver aberta ou danificada. Certificar-se de que os materiais a serem conduzidos através do Adaptador Y tenham diâmetro inferior ao lúmen interno do produto. Observar as instruções de uso e recomendações de todos os acessórios a serem utilizados no procedimento.

**Apresentação:** Embalagem constituída de filme e papel grau cirúrgico. Nas formas de apresentação: Adaptador Y Rosca com conector com Torneira três vias (três pontas).

**ALKO DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.**
Rua Mapendi 360, Taquara, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 22710-255
Tel: 55 21 2435.9335 | Fax: 55 21 2435.9300 | sac@alkodobrasil.com.br | CNPJ: 32.137.424/0001-99