

INSTRUÇÕES DE USO – ANGIO-SET

Produto de uso único - Proibido reprocessar - Esterilizado por óxido de etileno.



Descrição: Extensor em PVC atóxico, isento de metal, livre de látex e livre de DEHP, utilizado em procedimentos de hemodinâmica conectados a seringa e outros extensores. Possui conector fêmea, conector macho fixo ou rotatório e tampa protetora. Produto suporta pressão até 1200 PSI.

Indicação: Para injeção de meios de contraste.

Modo de Uso: Com meios assépticos abrir a embalagem. O conector fêmea deve ser acoplado na seringa da injetora e o macho conectado na via de acesso do paciente. Este procedimento deve ser realizado por profissional altamente especializado e treinado na execução de técnicas cujo objetivo principal é manter a integridade do produto para o benefício do paciente.

Cuidados e Advertências: O produto não apresenta nenhuma contraindicação. Não interage com o medicamento em qualquer momento. Proibido o uso de agulhas para preenchimento do conector. Siga a técnica asséptica ao utilizar materiais descartáveis. Não toque na extremidade dos conectores. Não remova as tampas de proteção até que esteja pronto para fazer conexões. A utilização em desacordo com a instrução de uso do fabricante é de responsabilidade do operador.

Armazenamento: Temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.


Descarte: Descartar o produto de acordo com os procedimentos padronizados no hospital ou clínica para materiais potencialmente contaminados.

Precauções: Verificar se as conexões estão bem fixas antes de iniciar a injeção de contraste, não utilize o produto caso a embalagem esteja danificada e não utilize após o prazo de validade.

Apresentação: Embalagem constituída de filme e papel grau cirúrgico nas apresentações com conector macho fixo ou rotatório nos tamanhos de 25cm, 50cm, 75cm, 120cm e 150cm. Estéril e apirógeno, a menos que a embalagem esteja danificada. Peça Única.

Lote/Fabricação/Validade: Vide rótulo.

Fabricante: Alko do Brasil Ind. e Com. Ltda.
Rua Mapendi, 360 – Rio de Janeiro – RJ
CNPJ: 32.137.424/0001-99 SAC: 0800 000 9335
ANVISA nº: 80137010077

Símbolos	Descrição	Símbolos	Descrição	Símbolos	Descrição	Símbolos	Descrição	Símbolos	Descrição
	Não reesterilizar		Consultar instruções de uso		Esterilizado com Óxido de Etileno		Manter seco		Não utilizar se a embalagem estiver danificada
	Livre de DEHP		Livre de látex		Dispositivo médico		Limite de temperatura para transporte		Uso único